

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468531

Действительно до

19.06.2026

Средство измерений Тепловычислитель ТСРВ-026М,

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

№ в госреестре 27010-09

регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки(если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 1310569

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с "Методика поверки" В84.00-00.00 РЭ

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 14510.12.3Р.37999, 14510.12.2Р.38000

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.

перечень влияющих факторов,

Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

164468531

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Юсе

подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Юсе

подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20.06.2022

Бланк № 514626

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468524

Действительно до

19.06.2026

Средство измерений Теплосчетчик-регистратор "ВЗЛЕТ ТСР-М",
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

№ в госреестре 27011-13
регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 1310569

в составе ТСРВ-026М № 1310569, ЭРСВ-440ЛВ Ду 65 № 1447078,

ЭРСВ-440ЛВ Ду 65 № 1458460, Взлет ТПС № 1415946; 1415707

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с разделом "Методика поверки" В 76.00-00.00 РЭ

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 14510.12.3Р.37999, 14510.12.2Р.38000,

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

47543.11.2Р.00410717, 19736.11.3Р.00190045, 19736.11.3Р.00190044, 19916.10.3Р.00403284

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.

перечень влияющих факторов,

Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ: 164468524

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Ю.Н. Березниковский
подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ю.Н. Березниковский
подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20.06.2022

Бланк № 514625

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468530

Действительно до

19.06.2026

Средство измерений Расходомер-счетчик ВзлетЭР исполнения ЭРСВ-440ЛВ Ду 65,
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

№ в госреестре 52856-13
регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки(если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 1447078

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объёме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с руководством по эксплуатации Часть I ШКСД.407212.006 РЭ
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 47543.11.2Р.00410717
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.
перечень влияющих факторов,

Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ: 164468530

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица


подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель


подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20.06.2022

Бланк № 514627

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468529

Действительно до

19.06.2026

Средство измерений Расходомер-счетчик ВзлетЭР исполнения ЭРСВ-440ЛВ Ду 65,
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

№ в госреестре 52856-13
регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки(если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 1458460

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объёме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с руководством по эксплуатации Часть I ШКСД.407212.006 РЭ
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 47543.11.2Р.00410717
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.
перечень влияющих факторов,


Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ: 164468529

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Ю.Н. Березниковский
подпись

Ю.Н. Березниковский
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ю.Н. Березниковский
подпись

Ю.Н. Березниковский
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
20.06.2022

Бланк № 514628

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468528

Действительно до

19.06.2026

Средство измерений Комплект термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" Pt
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

500 W100=1,385 кл 1, № в госреестре 21278-11

регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки(если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 1415946; 1415707

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с "Методика поверки" В 65.00-00.00 РЭ

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 19736.11.3Р.00190045, 19736.11.3Р.00190044,

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

19916.10.3Р.00403284

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.

перечень влияющих факторов,

Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

164468528

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или
другого уполномоченного лица

подпись

Ю.Н. Берзниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Ю.Н. Берзниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20.06.2022

Бланк № 514629

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468527

Действительно до

19.06.2027

Средство измерений Преобразователь давления измерительный; СДВ-И-1,6

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

МПа-м-4-20 МА, № в госреестре 28313-11

регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки(если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 136485

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 16-221-2009 «ГСИ. Преобразователи давления

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

измерительные СДВ. Методика поверки»

с применением эталонов: 22307.09.2Р.00194791

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.

перечень влияющих факторов,

Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

164468527

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20.06.2022

Бланк № 514630

ООО «Кузбасская Энергосервисная Компания»

650010, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г., Железнодорожная ул., д. 43, тел (3842) 28-77-57

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313416

e-mail: vzljot-kemerovo@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЭГ/20-06-2022/164468526

Действительно до

19.06.2027

Средство измерений Преобразователь давления измерительный; СДВ-И-1,6

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

МПа-м-4-20 МА, № в госреестре 28313-11

регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки(если такие серия и номер имеются)

заводской (серийный) номер 136484

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 16-221-2009 «ГСИ. Преобразователи давления

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

измерительные СДВ. Методика поверки»

с применением эталонов: 22307.09.2Р.00194791

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99 кПа.

перечень влияющих факторов,

Температура окружающего воздуха 20,5°C. Относительная влажность 63%.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов нервичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ: 164468526

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Ю.Н. Березниковский
подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Ю.Н. Березниковский
подпись

Ю.Н. Березниковский

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20.06.2022

Бланк № 514631