

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе"

(ФБУ "Кузбасский ЦСМ")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.311469

внесение аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

**ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ  
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ № И-БЧ/18-04-2022/149195873**

Средство измерений Счетчики холодной и горячей воды; ВСКМ 90; исполнение  
внесение в и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в  
**ВСКМ 90-32; 32539-11**

Федеральным информационным фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 134045754

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе \_\_\_\_\_

поверено в полном объеме

внесение единиц величин, действительных измерений, на которых поверено средство измерений

или в которые исключены из поверки

в соответствии с МИ 1592-2015 Рекомендации. ГСИ. Счетчики воды. Методика  
внесение в и обозначение документа, на основании которого выполнялась поверка  
**поверки**

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности Не соответствует пункту 1.7.3 методики поверки. Погрешность  
измерений превышает пределы допускаемой относительной погрешности +/- 2%.  
**Фактическая погрешность + 6%**

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/149195873>



Поверитель Спасенков В.Е.

Дата поверки 18.04.2022

Инженер по метрологии 2  
категории

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись



Спасенков В.Е.

фамилия, имя, отчество  
Счет №03/1586