



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЭП»
Сметанин Е.С.
2023 г.
М.П.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя

Произведен технический осмотр и промывка расходомеров приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя»

ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 16

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета энергии **допускается** в эксплуатацию

с «20» июля 2023 г., по «15» сентября 2024 г, в следующем составе и пломбируется;

| Тип прибора | Завод. № | Наличие и № пломбы | Место установки | Дата поверки | Дата следующей поверки |
|--|----------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| Приборы, установленные на подающем трубопроводе | | | | | |
| | | | Пункт учета тепловой энергии Ж/МТО | 25.05.21 | 24.05.21 |
| ВЭПС-ПБ2-01 | 7322321 | | | | |
| КТПТР-01 | 5479 | | | | |
| Приборы, установленные на обратном трубопроводе | | | | | |
| | | | Пункт учета тепловой энергии Ж/МТО | | |
| ВЭПС-ПБ2-01 | 7322379 | | | | |
| КТПТР-01 | 5479А | | | | |
| Тепловычислитель | | | | | |
| СПТ941.10 | 38318 | | | | |

Показания приборов на момент приемки

| СПТ941 | | |
|--------|-----------|-------|
| Q | 7838,55 | Гкал. |
| M1 | 347474,53 | т. |
| M2 | 332913,04 | т. |
| t1 | 69,64 | °С |
| t2 | 60,73 | °С |
| Tu | 80033,02 | ч |

Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)