

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе"
(ФБУ "Кузбасский ЦСМ")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 311469
изменение аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуальному предпринимателю, выдана своего поверю, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-БЧ/10-04-2024/330832312

Действительно до: **09.04.2028**

Средство измерений **Счетчики холодной и горячей воды; ВСКМ 90; исполнение**
наименование и обозначение типа, модификации (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
ВСКМ 90-40; 32539-11

Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской номер **154857**
заводской (однотипный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе **-**

поверено **в полном объеме**
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или в объеме включенны из проверки
в соответствии с **МШ 1592-2015 Рекомендации. ГСН. Счетчики воды. Методика**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
поверки

с применением эталонов единиц величин: **18301.99.3P.95177**
регистрационные номера эталонов и (или) наименования

и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам
при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды**
наименование влияющих факторов

23,1 °С, влажность воздуха 48,6 %, атмосферное давление 101,1 кПа, температура
нормированных в документе на методику поверки с указанием их значений
жидкости 15,1 °С

соответствует установленным метрологическим требованиям и пригоден к дальнейшему применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/330832312>

Знак поверки:



Поверитель

Мелешков А. Л.

Дата поверки

10.04.2024



Инженер по метрологии

должность, руководителю или другому уполномоченному лицу

подпись

Мелешков А. Л.

фамилия, имя, отчество

Счет №03/1505

