

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе"
(ФБУ "Кузбасский ЦСМ")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311469
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-БЧ/07-04-2023/236876632

Действительно до: **06.04.2027**

Средство измерений **Счетчики холодной и горячей воды; ВСКМ 90; исполнение**
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
ВСКМ 90-50; 32539-11

Федеральным информационным фондом по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской номер **049745**
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе **-**

поверено **в полном объеме**
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки
в соответствии с **МИ 1592-2015 Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
поверки

с применением эталонов единиц величин: **18301.99.3P.95177**
регистрационные номера эталонов и (или) наименования

и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам
при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды**
перечень влияющих факторов

24,2 °С, влажность воздуха 41,2 %, атмосферное давление 101,1 кПа, температура
нормированных в документе на методики поверки, с указанием их значений
жидкости 24,1 °С

соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/em/results/1-236876632>

Знак поверки:



Поверитель **Мелешков А. Л.**

Дата поверки **07.04.2023**

Техник по метрологии **Мелешков А. Л.**

должность, руководитель или
другого уполномоченного лица

подпись



Мелешков А. Л.

фамилия, инициалы

Счет №03/1311