



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ТЭП»  
Сметанин Е.С.  
2022 г.  
М.П.

## АКТ

### Повторного допуска в эксплуатацию узла учета энергии у потребителя Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии «Потребителя» **ООО УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»**

по адресу: пгт. Зеленогорский ул. Центральная, дом 61

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета допускается / не допускается / в эксплуатацию

с «25» июля 2022 г., по «15» сентября 2023 г, в следующем составе и пломбируется;

Тип прибора	Завод. №	Наличие и № пломбы	Место установки	Дата поверки	Дата следующей поверки
<b>Приборы, установленные на подающем трубопроводе</b>					
			Пункт учета	<u>28.05.2021</u>	<u>27.05.2025</u>
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1359432		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1418082		энергии Ж/МТО		
<b>Приборы, установленные на обратном трубопроводе</b>					
			Пункт учета		
ЭРСВ-440ЛВ-ДУ65	1414633		тепловой		
ВЗЛЕТ ТПС	1410491		энергии Ж/МТО		
<b>Тепловычислитель</b>					
ТСРВ-026М	1307954				

### Показания приборов на момент приемки

	<b>ВЗЛЕТ</b>	
	<b>Втс- 1046,353 Гкал.</b>	
	<b>Тнар- 9413,67 ч.</b>	
	<b>Мтр1- 48875,838 т.</b>	
	<b>Мтр2- 46070,69 т.</b>	
	<b>t1- 68,64.</b>	
	<b>t2- 56,56.</b>	

### Представитель ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭП»

Инженер КИПиА

Горбович В.П.

8-923-600-90-05

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)

### Представитель ООО УК «Комфортный дом»

Мастер

Казаков И. Н.

8-939-820-23-88

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Номер телефона)